
ENC: Questionamento ao descritivo do pregão 82/2019

De: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br
Para: victor@veloxmail.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: ENC: Questionamento ao descritivo do pregão 82/2019
Enviada em: 02/07/2019 | 08:39
Recebida em: 02/07/2019 | 08:40

Bom dia.

Segue abaixo resposta da Sec. de Saúde aos seus questionamentos.

Atte.

Bruna Ap. Silva
Divisão de Licitação, Compras e Material
Fone: (35) 3555-1200/3555-3556

De: saude@prefguaranesia.mg.gov.br
Enviada: 2019/07/02 08:33:34
Para: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br
Assunto: RE: Questionamento ao descritivo do pregão 82/2019

Prezados Senhores,

Em atenção aos questionamentos apresentados, cumpre-nos informar:

- 1.O equipamento com RCP deve ser com o dispositivo de RCP reutilizável .
2. As pás devem ser descartáveis e compatíveis com o equipamento a ser adquirido.

At.te.

Ana Cristina dos SantosSecretaria Municipal de Saúde
Guaranésia - MG
Tel: (35)3555-3422

De: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br
Enviada: 2019/06/27 07:14:25
Para: saude@prefguaranesia.mg.gov.br, saudeguaranesia@gmail.com
Assunto: ENC: Questionamento ao descritivo do pregão 82/2019

Bom dia.

Segue em anexo questionamento do PP 082/2019.
Aguardo retorno de até 24h para responder à empresa.

Atte.

Bruna Ap. Silva
Divisão de Licitação, Compras e Material
Fone: (35) 3555-1200/3555-3556

De: "victor oliveira ferreira "
Enviada: 2019/06/26 18:15:36
Para: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br
Assunto: Questionamento ao descritivo do pregão 82/2019

Prezados senhores,

Sobro o pregão em epígrafe, gostaria de esclarecer:

O equipamento com RCP deve ser com o dispositivo de RCP reutilizável ou descartável?

As pás devem ser para o equipamento da mesma marca?

Pois temos o desfibrilador com dispositivo reutilizável e as pás descartáveis sem o sensor de feedback, no qual sairia muito mais em conta as pás sem o sensor descartáveis em torno de R\$ 400,00.

Quem cotar o equipamento com o sensor de feedback descartável tem que cotar todos os eletrodos com sensor de feedback.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2019 REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR VALOR POR ITEM PROCESSO Nº. 108/2019

Desde já agradecido pela atenção.

Atenciosamente,

Victor Oliveira Ferreira

Bioservis Eletromedicina Ltda.

Consultor de Licitações

31 32744873

31 98576-3468

skype: victor.oliveira.bh
